



中华人民共和国国家标准

GB/T 16104—1995

车间空气中钨或碳化钨的硫氰酸钾 -三氯化钛分光光度测定方法

Workplace air—Determination of tungsten or tungsten carbide
—Potassium thiocyanate-titanous trichloride
spectrophotometric method

1996-01-23发布

1996-07-01实施

国家技术监督局
中华人民共和国卫生部 发布

前　　言

本标准是为劳动卫生标准配套的监测方法,用于监测车间空气中钨或碳化钨的浓度。本标准是参考了国外的监测方法,结合我国情况经过实验室研究和现场验证后提出的。

本标准从 1996 年 7 月 1 日起实施。

本标准由中华人民共和国卫生部提出。

本标准起草单位:江西省劳动卫生职业病防治研究所。

本标准主要起草人:杨双才、黎小萍。

本标准由卫生部委托技术归口单位中国预防医学科学院劳动卫生与职业病研究所负责解释。

中华人民共和国国家标准
车间空气中钨或碳化钨的硫氰酸钾
—三氯化钛分光光度测定方法

GB/T 16104—1995

Workplace air—Determination of tungsten or tungsten carbide
—Potassium thiocyanate-titanous trichloride
spectrophotometric method

1 范围

本标准规定了硫氰酸钾-三氯化钛分光光度法测定车间空气中钨或碳化钨浓度的方法。

本标准适用于生产和使用钨或碳化钨的车间空气中钨或碳化钨浓度的测定。

2 原理

空气中的钨及碳化钨采集在微孔滤膜上,滤膜样品经酸性消解后,在还原剂的作用下,钨与硫氰酸钾作用生成黄色络合物,在400 nm波长下用20 mm比色杯比色定量。

3 仪器

3.1 采样夹。

3.2 滤料:微孔滤膜,孔径0.8 μm,直径45 mm。

3.3 抽气机。

3.4 流量计。

3.5 量瓶,100 mL。

3.6 具塞比色管,25 mL。

3.7 分光光度计。

4 试剂

本法所用的一般试剂均为分析纯,基准试剂为优级纯。

4.1 蒸馏水:所用实验用水均为全玻蒸馏水或去离子水。

4.2 1+9的高氯酸-硝酸溶液。

4.3 混合酸:将100 mL硫酸小心倾入500 mL水中待冷后加300 mL磷酸,用水稀释到1 000 mL。

4.4 5 g/L氯化亚锡溶液:称取0.5 g氯化亚锡溶于100 mL1+1盐酸中。

4.5 250 g/L硫氰酸钾溶液。

4.6 15 g/L三氯化钛溶液:取2.5 mL 150 g/L三氯化钛于25 mL量瓶中,用1+3盐酸稀释至刻度,临用前配制。

4.7 标准溶液:称取1.793 6 g钨酸钠($\text{Na}_2\text{WO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)溶于少量水并移入1 000 mL量瓶中,用水稀释至刻度,此液1 mL=1 mg钨。