

备案号：676—1997

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0176.12—1997

眼 球 摘 出 剪

Enucleation scissors

1997-08-27发布

1998-01-01实施

国家医药管理局发布

前　　言

本标准除型式、尺寸、闭合力、剪切性能外均符合 YY/T 0176—94《医用剪通用技术条件》。

本标准从生效之日起，代替 GB 3344—89。

本标准由全国外科器械标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：苏州医疗器械厂。

本标准主要起草人：王伟明。

中华人民共和国医药行业标准

眼 球 摘 出 剪

YY/T 0176.12—1997

Enucleation scissors

1 范围

本标准规定了眼球摘出剪的产品分类和技术要求。

本标准适用于眼球摘出剪。该产品供眼球摘出手术时剪断视神经用。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

YY/T 0173.2—94 手术器械 球面圆柱沉头鳃轴螺钉

YY/T 0173.8—94 手术器械 蛋形指圈

YY/T 0176—94 医用剪通用技术条件

3 产品分类

3.1 眼球摘出剪的型式为:微弯、中弯、全弯三种。

3.2 眼球摘出剪的基本尺寸和极限偏差应符合图 1 及表 1 的规定。