

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0191—94

腹 腔 吸 引 管

1994-12-19 发布

1995-05-01 实施

国家医药管理局 发布

腹 腔 吸 引 管

代替 WS 2—225—76

1 主题内容与适用范围

本标准规定了腹腔吸引管的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于腹腔吸引管(以下简称吸引管)。该产品装于吸引器上供腹部手术时吸液用。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 1529 拉制黄铜管
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 4425 铅黄铜棒
- GB 6463 金属和其他无机覆盖层厚度测量方法评述
- YY 0076 金属制件的镀层分类、技术条件
- ZB C30 001 手术器械标志

3 产品分类

- 3.1 吸引管的型式分为:直型、弯型和侧弯型三种。
- 3.2 吸引管的基本尺寸应符合图 1~图 3 的规定。