

ICS 71.040.20
N 64



中华人民共和国国家标准

GB/T 15725.2—1995

实验室玻璃仪器 凯氏烧瓶

Laboratory glassware—Kjeldahl flask

1995-10-24 发布

1996-07-01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
实 验 室 玻 璃 仪 器 凯 氏 烧 瓶

GB/T 15725.2—1995

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1996年4月第一版 2005年9月电子版制作

*

书号: 155066·1-23481

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

中华人民共和国国家标准

GB/T 15725.2—1995

实验室玻璃仪器 凯氏烧瓶

Laboratory glassware—Kjeldahl flask

1 主题内容与适用范围

本标准规定了凯氏烧瓶的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。
本标准适用于实验室用凯氏烧瓶。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB/T 6579 实验室玻璃仪器热冲击试验方法
- GB/T 6580 玻璃耐沸腾混合碱水溶液浸蚀性的试验方法和分级
- GB/T 6582 玻璃在 98℃耐水性的颗粒试验方法和分级
- GB 12213 技术制图 玻璃器具表示法
- GB/T 15726 玻璃仪器内应力检验方法
- GB/T 15728 玻璃耐沸腾盐酸浸蚀性的重量试验方法和分级
- QB 517 仪器玻璃制品外观缺陷术语
- ZB Q30 002 玻璃平均线热膨胀系数测定方法

3 产品分类

3.1 规格系列

凯氏烧瓶的规格系列为:50,100,250,500,750 和 1 000 mL。

3.2 结构型式和尺寸

凯式烧瓶的型式和尺寸见图 1 和表 1。