



中华人民共和国国家标准

GB/T 28214—2011

实验室玻璃仪器 吸量管颜色标记

Laboratory glassware—Pipettes colour coding

(ISO 1769:1975, Laboratory glassware—Pipettes—Colour coding, NEQ)

2011-12-30 发布

2012-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

前 言

本标准依据 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准使用重新起草法参考 ISO 1769:1975《实验室玻璃仪器 吸量管颜色代码》编制,与 ISO 1769 的一致性程度为非等效。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国玻璃仪器标准化技术委员会(SAC/TC 178)归口。

本标准起草单位:国家轻工业玻璃产品质量监督检测中心。

本标准主要起草人:袁春梅、梁叶。

实验室玻璃仪器 吸量管颜色标记

1 范围

本标准规定了单标线吸量管和分度吸量管的标称容量、分度值、颜色标记、标记尺寸以及标记位置。本标准适用于实验室玻璃仪器单标线吸量管、分度吸量管。

2 颜色标记

2.1 实验室玻璃仪器单标线吸量管

单标线吸量管颜色标记应符合表 1 规定。

表 1 单标线吸量管颜色标记

标称容量 mL	颜色标记	
	数量 条	颜色
1.000	1	蓝
2.000	1	橙
3.000	1	黑
4.000	2	红
5.000	1	白
6.000	2	橙
7.000	2	绿
8.000	1	蓝
9.000	1	黑
10.000	1	红
15.000	1	绿
20.000	1	黄
25.000	1	蓝
30.000	1	黑
40.000	1	白
50.000	1	红
75.000	1	绿
100.000	1	黄
150.000	2	黑
200.000	1	蓝
—	—	—