

UDC 681.2:621.039
F 80



中华人民共和国国家标准

GB 8996—88

核电子仪器用样品盘尺寸

Dimensions of sample plachets used
in nuclear electronic instruments

1988-04-12 发布

1988-12-01 实施

国家标准局 发布

核电子仪器用样品盘尺寸

Dimensions of sample plachets used in nuclear electronic instruments

1 引言

为了便于核电子仪器用样品盘的互换性，本标准规定了井型、平板和碟型样品盘尺寸，在特殊情况下，不排除使用其他尺寸或形状样品盘。

本标准等效采用IEC 248—1984《核电子仪器用样品盘尺寸》。

2 样品和尺寸

2.1 井型样品盘

2.1.1 直径

井型样品盘直径及其公差见图1和表1。

表 1

mm

直 径 (D)	公 差
12.7	
21.0	
25.4	0
30.0	-0.2
38.1	
50.8	
60.0	
77.0	
100.0	0
140.0	-0.3
200.0	




图 1 井型样品盘