



# 中华人民共和国医药行业标准

YY/T 1284.2—2015

---

## 牙科镊 第2部分:双弯型

Dental tweezers—Part 2:Meriam types

(ISO 15098-2:2000,MOD)

2015-03-02 发布

2016-01-01 实施

---

国家食品药品监督管理总局 发布

## 前 言

YY/T 1284《牙科镊》标准由以下 3 部分组成：

- 第 1 部分：通用要求；
- 第 2 部分：双弯型；
- 第 3 部分：单弯型。

本部分为 YY/T 1284 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替 YY/T 0686—2008《医用镊》中牙科镊部分。

本部分修改采用 ISO 15098-2:2000《牙科镊 第 2 部分：双弯型》。

本部分与 ISO 15098-2:2000 主要差异如下：

——关于规范性引用文件，本部分做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况集中反映在第 2 章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

- 用等同采用国际标准的 GB/T 9937.3 代替 ISO 1942-3；
- 用修改采用国际标准的 YY/T 1284.1 代替 ISO 15098-1；

——修改了定位销(见 4.5)的要求；

——修改了标识、标签和标记(见第 5 章)的内容。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发行机构不承担识别这些专利的责任。

本部分由国家食品药品监督管理总局提出。

本部分由全国口腔材料和器械设备标准化技术委员会齿科设备与器械分技术委员会(SAC/TC 99/SC 1)归口。

本部分起草单位：杭州新亚齿科材料有限公司、国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心。

本部分主要起草人：李仕宁、陈贤明、李丹荣、孔庆豪。

## 牙科镊 第2部分:双弯型

### 1 范围

YY/T 1284 的本部分规定了双弯型牙科镊包括尺寸在内的专用要求。  
本部分适用于双弯型牙科镊。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 9937.3 口腔词汇 第3部分:口腔器械(GB/T 9937.3—2008,ISO 1942-3:1989,IDT)

YY/T 1284.1—2015 牙科镊 第1部分:一般要求(ISO 15098-1:1999,MOD)

### 3 术语和定义

GB/T 9937.3 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

#### 3.1

##### 定位销 **guide pin**

用于镊子合拢时将两镊片定位的部件。

### 4 设计和尺寸

#### 4.1 总则

牙科镊的通用要求按 YY/T 1284.1 的规定。

双弯型牙科镊的图样如图 1 所示,其尺寸和尺寸的测量点应符合表 1 和表 2 的规定。

YY/T 1284.1—2015 的附录 A 提供了一种适用于大多数类型牙科镊的测量方法。

#### 4.2 长度

双弯型牙科镊的长度  $l$  应为  $(160 \pm 5)$ mm。

#### 4.3 工作端

工作端应是齿形的或者平滑的。如果是齿形的,应与图 1 的放大图一致。

#### 4.4 手柄

手柄应有齿形的柄花。

#### 4.5 定位销

双弯型牙科镊可有一个定位销。定位销可有止停器。