



中华人民共和国医药行业标准

YY 0081—92

筛 窠 钳

1992-01-20 发布

1992-07-01 实施

国家医药管理局 发布

筛 窦 钳

1 主题内容与适用范围

本标准规定了筛窦钳(以下简称钳子)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于筛窦钳,该产品供钳取鼻筛窦、息肉和取活检等用。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 230 金属洛氏硬度试验方法
- GB 1220 不锈钢棒
- GB 1910 新闻纸
- GB 2764 蛋形指圈
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 4342 金属显微维氏硬度试验方法
- ZB C30 001 手术器械标志
- QB 127 晒图原纸

3 产品分类

钳子的型式和基本尺寸应符合下列图样及表 1 的规定。