

备案号:668—1997

**YY**

# 中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0176.4—1997

---

## 心脏手术剪

Cardiac surgical scissors

1997-08-27 发布

1998-01-01 实施

---

国家医药管理局 发布

## 前 言

本标准除型式、尺寸、闭合力、剪切性能外均符合 YY/T 0176—94《医用剪通用技术条件》。

本标准调整了头端尺寸的极限偏差等级。

本标准从生效之日起,代替 GB 3341—89。

本标准由全国外科器械标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位:上海手术器械厂。

本标准主要起草人:周培瑜。

# 中华人民共和国医药行业标准

## 心脏手术剪

YY/T 0176.4—1997

### Cardiac surgical scissors

#### 1 范围

本标准规定了心脏手术剪的产品分类和技术要求。

本标准适用于心脏手术剪(以下简称剪刀)。该产品供剪切心包、心血管组织用。

#### 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

YY/T 0173.2—94 手术器械 球面圆柱沉头轴螺钉

YY/T 0173.8—94 手术器械 蛋形指圈

YY/T 0176—94 医用剪通用技术条件

#### 3 产品分类

3.1 剪刀的型式和规格按表1的规定。

表1 型式和规格

mm

型式	规格		
侧角头	200	220	250
正角头			
弯头			

3.2 剪刀的基本尺寸和极限偏差应符合图1、图2、图3及表2的规定。