

ICS 11.140  
C 46



# 中华人民共和国医药行业标准

YY/T 1106—2008  
代替 YY 91106—1999

---

## 电 动 手 术 台

Electrically powered operating table

2008-04-25 发布

2009-06-01 实施

---

国家食品药品监督管理局 发布

## 前 言

本标准是推荐性标准。

本标准代替 YY 91106—1999《电动手术台》。

本标准与 YY 91106—1999《电动手术台》主要差异如下：

- 安全要求修改为按 GB 9706.1—2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》执行；
- 安全专用要求按 YY 0570—2005《医用电气设备 第2部分：手术台安全专用要求》执行；
- 环境试验要求修改为按 GB/T 14710—1993《医用电气设备环境试验要求及试验方法》执行；
- 删除了原标准中技术要求的非技术性内容 4.7、4.12、4.13；
- 更新了过时的引用标准。

本标准由全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会提出。

本标准由全国医用电器标准化技术委员会医用电子仪器标准化分技术委员会归口。

本标准起草单位：上海市医疗器械检测所。

本标准主要起草人：许跃民、孙健。

本标准所代替标准的历史版本发布情况为：

- ZB C46 006—1989。
- YY 91106—1999。

# 电 动 手 术 台

## 1 范围

本标准规定了电动手术台(以下简称手术台)产品的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于电动手术台,该产品供胸、腹外科、眼科、耳鼻喉科、妇产科、泌尿科等施行一般手术用。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 191—2008 包装储运图示标志

GB 9706.1—2007 医用电气设备 第1部分:安全通用要求(IEC 60601-1:1988, IDT)

GB 9969.1—1998 工业产品使用说明书 总则

GB/T 14710—1993 医用电气设备环境要求及试验方法

YY 0570—2005 医用电气设备 第2部分:手术台安全专用要求(IEC 60601-2-46:1998, IDT)

## 3 分类及基本尺寸

3.1 手术台的型式为电动:液压和/或气压和/或机械式。

3.2 手术台的基本尺寸应符合图1的规定。

3.3 台面升高100 mm呈水平位置,其单一动作的基本参数应符合表1的规定。