

# WS

## 中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 14—1996

---

### 车间空气中有毒物质的测定 收集器

Workplace air—Determination of toxic substances—Collectors

1996-10-14 发布

1997-05-01 实施

---

中华人民共和国卫生部 发布

中华人民共和国卫生  
行 业 标 准  
**车间空气中有毒物质的测定 收集器**

WS/T 14—1996

\*

中国标准出版社出版  
北京复兴门外三里河北街16号

邮政编码:100045

电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

**版权专有 不得翻印**

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 7 千字

1997年7月第一版 2004年11月第二次印刷

印数 1—800

\*

书号: 155066·2-11548

\*

标 目 313—51

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了车间空气测定用收集器。

本标准适用于采集车间空气中有毒气体、蒸气及气溶胶。

## 2 注射器

2.1 规格:100 mL,50 mL。

2.2 质量检查:将注射器垂直架起,芯子可以自由落下,吸空气至满度,密封注射器,静置 24 h,腔内剩余空气应大于原空气体积的 60%。

2.3 使用要求:采样时保持腔内干燥,用现场空气抽洗 3 次后再采样。送样品时保持垂直位置。

## 3 大型气泡吸收管

3.1 规格:见图 1。装 5~10 mL 吸收液,抽气速度 0.5~2 L/min。