

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY 0092—92

子宫颈活体取样钳

1992-06-08 发布

1992-10-01 实施

国家医药管理局 发布

子 宫 颈 活 体 取 样 钳

1 主题内容与适用范围

本标准规定了子宫颈活体取样钳的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于子宫颈活体取样钳(以下简称取样钳),该产品供咬切宫颈组织作病理切片用。

2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 230 金属洛氏硬度试验方法
- GB 1220 不锈钢棒
- GB 1911 拷贝纸
- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB 4342 金属显微维氏硬度试验方法
- ZB C30 001 手术器械标志

3 产品分类

- 3.1 取样钳按头部形状分长圆形和圆形两种。
- 3.2 取样钳的型式和基本尺寸应符合下列图样及表 1 的规定。