



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 3710—2009  
代替 GB/T 3710—2005

---

## 工业酚、苯酚结晶点测定方法

Method of determination for crystallizing point  
of technical phenol and phenic acid

2009-07-08 发布

2010-04-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准代替 GB/T 3710—2005《工业酚、苯酚结晶点测定方法》。

本标准与 GB/T 3710—2005 相比主要变化如下：

——“规范性引用文件”中，“GB/T 1999 焦化产品轻油类取样方法”修改为“GB/T 1999 焦化油类产品取样方法”；

——“5.3 精密温度计”中，温度范围由“10 ℃～50 ℃”改为“0 ℃～50 ℃”；

——“5.4 温度计”改为“5.4 外露修正温度计”；

——“5.5 温度计：温度范围 0 ℃～100 ℃，分刻度 1 ℃”后增加“(YB/T 2305 中的 COK26C)”。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：宝钢集团上海梅山有限公司南京化工分公司、武汉科技大学、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：陆辉、程亚平、赵敏伦、何选明、秦瑾、张少春、孙伟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 3710—1983、GB/T 3710—2005。

# 工业酚、苯酚结晶点测定方法

## 1 范围

本标准规定了工业酚、苯酚结晶点测定的原理、试剂、仪器、试样的采取、试验步骤、结果计算和精确度。

本标准适用于高温煤焦油中的粗酚,经分馏所制得的工业酚、苯酚结晶点的测定。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1999 焦化油类产品取样方法

YB/T 2305 焦化产品试验用温度计

## 3 原理

工业酚、苯酚冷却时,温度逐渐下降,到一定温度时就开始有结晶体出现,由于放出结晶热,使温度稍有回升,达到最高点,并稳定片刻,然后继续下降,测量该最高点温度即为结晶点。

## 4 试剂

分子筛:4A,粉状,粒度 $\leq 125\ \mu\text{m}$ (目数 $\geq 120$ 目)。使用前在 $450\ \text{℃}\sim 500\ \text{℃}$ 的高温炉中灼烧2 h,保存于无干燥剂的干燥器内。

## 5 仪器

5.1 结晶点测定仪:见图1。

5.1.1 内管:内径 $22\ \text{mm}\pm 1\ \text{mm}$ ,长 $155\ \text{mm}\pm 2\ \text{mm}$ 。

5.1.2 外管:内径 $40\ \text{mm}\pm 2\ \text{mm}$ ,长 $145\ \text{mm}\pm 2\ \text{mm}$ 。

5.1.3 搅拌器:由直径 $1\ \text{mm}\sim 2\ \text{mm}$ 不锈钢丝绕成外径为 $18\ \text{mm}$ 的三圈螺旋体,并引出一个把手。

5.2 恒温槽:1 000 mL 高型烧杯。

5.3 精密温度计:温度范围 $0\ \text{℃}\sim 50\ \text{℃}$ ,分刻度为 $0.1\ \text{℃}$ (YB/T 2305中的COK2C)。

5.4 外露修正温度计:温度范围 $0\ \text{℃}\sim 50\ \text{℃}$ ,分刻度 $1\ \text{℃}$ (YB/T 2305中的COK23C)。

5.5 温度计:温度范围 $0\ \text{℃}\sim 100\ \text{℃}$ ,分刻度 $1\ \text{℃}$ (YB/T 2305中的COK26C)。

5.6 放大镜:5倍。

## 6 试样的采取

试样的采取按GB/T 1999规定进行。